

## Afleverbon (93170)

### Afleveradres :

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis loc. Goes  
`s-Gravenpolderseweg 114  
4462 RA GOES  
Nederland

### Afleveradres:

Human Protection BV  
Schijfstraat 13  
5061 KA Oisterwijk

### Extra info:

Afdeling: F Geriatrie kamer 12

Referentie:

Patiëntnaam: Bra-25081939

### Artikelen

Proxima Vloerbed (AC007-00010)

### Accessoires

- Comfort Matras
- Vloerbed Proxima accu

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 08-04-2026



Danine

Checklist	Ja	Nee
Werkt het bed volgens het beoogde doel zonder onverwachte geluiden of bewegingen?	X	
Het bed is in goede staat zonder zichtbare beschadigingen?	X	
Zitten alle bevestigingen en fittingen goed en stevig vast?	X	
Ziet het bedframe er stabiel en veilig uit?	X	
Zijn alle accessoires, zoals de bedhekken, gemonteerd volgens de instructies van de fabrikant of leverancier van de accessoires en functioneren deze naar behoren?	X	
Is het remsysteem aan beide uiteinden van het bed ingeschakeld en functioneert dit?	X	
Zijn alle elektrische kabels vastgemaakt en zo gelegd dat er geen schade kan worden veroorzaakt?	X	
Werkt de vergrendelingsfunctie van de handbediening correct op beide handbedieningen?	X	
Gaat het bed naar de halve snelheidsmodus bij het overschakelen naar de vloerstand?	X	
Is de ruimte rond, boven en onder het bed vrij van mogelijke obstakels?	X	
Zijn er elektrische kabels bekneld, geplet of op enigerlei wijze beschadigd?	X	
Is/zijn de gebruiksaanwijzing(en) van de Proxima en eventuele accessoires aanwezig?	X	
Is het product op de gewenste plek of afdeling binnen de instelling of het ziekenhuis geplaatst en door de klant in ontvangst genomen?	X	