

Afleverbon (90010967)

Afleveradres :

ETZ Tweesteden
Doctor Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg
Nederland

Afleveradres:

Human Protection BV
Schijfstraat 13
5061 KA Oisterwijk

Extra info:

Afdeling: 2e etage Geriatrie

Referentie: KP36210

Patiëntnaam:

PPU REINIGING KOOPTENT (VERVANGENDE TENT), Bijbehorend bed: Af & Op ritsen tent, reinigen onderstel en veiligheidscheck. | PPU wissel uitvoeren op de desbetreffende afdeling. Schone bedden daar ook achterlaten.

Artikelen

FeelSafe Pro tent (BT015-01540)

Accessoires

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 13-04-2026



Jens

| Checklist | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Onderstel: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is | X | |
| Onderstel: algemeen Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel | X | |
| Onderstel: wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes | X | |
| Onderstel: remmen Controleren op functionaliteit | X | |
| Onderstel: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling | X | |
| Onderstel: Borgpen motor Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd) | X | |
| Onderstel: kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt | X | |
| Onderstel: bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat | X | |
| Onderstel: CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel) | X | |
| Onderstel: netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent | X | |
| Onderstel: handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring | X | |
| Opbouwframe: schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn | X | |
| Opbouwframe: stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten | X | |

| Checklist | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn | X | |
| Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt | X | |
| Tent: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is | X | |
| Tent: Doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes. | X | |
| Tent: gaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen | X | |
| Tent: ritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband | X | |
| Tent: kliksluitingen Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten | X | |
| Opdekmatras (zwart) Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes | X | |
| Comfortmatras (blauw) Controleren op vlekken en vieze geurtjes | X | |
| Controle plaatsing tent op onderstel Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel | X | |
| Gebruiks-aanwijzingen Controleren of deze aanwezig zijn: - Gebruikershandleiding - Beknopte nalooplijst - Bij Elbur, ontgrendelingsleutel | X | |