

Afleverbon (92209)

Afleveradres :

VieCuri Medisch Centrum Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL VENLO
Nederland

Afleveradres:

Human Protection BV
Schijfstraat 13
5061 KA Oisterwijk

Extra info:

Afdeling: Centraal magazijn

Referentie: 5000113946

Patiëntnaam:

Magazijn is geopend tussen 8.00-16.30 uur.

Artikelen

FeelSafe Pro onderstel (PB526IIPR-01215)

FeelSafe Pro tent (BT015-01518)

Accessoires

- Comfort Matras
- Opdekmatras
- Self Open Set

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 11-03-2026



Peter Reinders

| Checklist | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Onderstel: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is | X | |
| Onderstel: algemeen Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel | X | |
| Onderstel: wielen Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes | X | |
| Onderstel: remmen Controleren op functionaliteit | X | |
| Onderstel: bedverstelling Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling | X | |
| Onderstel: Borgpen motor Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd) | X | |
| Onderstel: kabel HL motor Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt | X | |
| Onderstel: bekabeling Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat | X | |
| Onderstel: CPR-functie Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel) | X | |
| Onderstel: netsnoer Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent | X | |
| Onderstel: handbediening Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring | X | |
| Opbouwframe: schroeven Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn | X | |
| Opbouwframe: stootrubbers Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten | X | |

| Checklist | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Schuim Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn | X | |
| Sleutel van de handbediening Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt | X | |
| Tent: barcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is | X | |
| Tent: Doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes. | X | |
| Tent: gaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen | X | |
| Tent: ritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband | X | |
| Tent: kliksluitingen Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten | X | |
| Opdekmatras (zwart) Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes | X | |
| Comfortmatras (blauw) Controleren op vlekken en vieze geurtjes | X | |
| Controle plaatsing tent op onderstel Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel | X | |
| Gebruiks-aanwijzingen Controleren of deze aanwezig zijn: - Gebruikershandleiding - Beknopte nalooplijst - Bij Elbur, ontgrendelingsleutel | X | |