

Afleverbon (92640)

Afleveradres :

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
Kliniekstraat 45
3300 TIENEN
Belgie

Afleveradres:

Human Protection BV
Schijfstraat 13
5061 KA Oisterwijk

Extra info:

Afdeling: Magazijn
Referentie: 4500002072
Patiëntnaam:

Artikelen

Proxima Vloerbed (AC007-00103)

Accessoires

- Infuuspaal
- Optrekhulp

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 23-03-2026



Kwinten

| Checklist | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Werkt het bed volgens het beoogde doel zonder onverwachte geluiden of bewegingen? | X | |
| Het bed is in goede staat zonder zichtbare beschadigingen? | X | |
| Zitten alle bevestigingen en fittingen goed en stevig vast? | X | |
| Ziet het bedframe er stabiel en veilig uit? | X | |
| Zijn alle accessoires, zoals de bedhekken, gemonteerd volgens de instructies van de fabrikant of leverancier van de accessoires en functioneren deze naar behoren? | X | |
| Is het remsysteem aan beide uiteinden van het bed ingeschakeld en functioneert dit? | X | |
| Zijn alle elektrische kabels vastgemaakt en zo gelegd dat er geen schade kan worden veroorzaakt? | X | |
| Werkt de vergrendelingsfunctie van de handbediening correct op beide handbedieningen? | X | |
| Gaat het bed naar de halve snelheidsmodus bij het overschakelen naar de vloerstand? | X | |
| Is de ruimte rond, boven en onder het bed vrij van mogelijke obstakels? | X | |
| Zijn er elektrische kabels bekneld, geplet of op enigerlei wijze beschadigd? | X | |
| Is/zijn de gebruiksaanwijzing(en) van de Proxima en eventuele accessoires aanwezig? | X | |
| Is het product op de gewenste plek of afdeling binnen de instelling of het ziekenhuis geplaatst en door de klant in ontvangst genomen? | X | |