

## Afleverbon (92844)

### Afleveradres :

Flevoziekenhuis  
Hospitaalweg 1  
1315 RA ALMERE  
Nederland

### Afleveradres:

Human Protection BV  
Schijfstraat 13  
5061 KA Oisterwijk

### Extra info:

Afdeling: Route 140 Neurologie kamer 359

Referentie:

Patiëntnaam: Bor-0003798240

### Artikelen

FeelSafe Pro onderstel (PB528PR-00076)

FeelSafe Pro tent (BT015-00913)

### Accessoires

- Comfort Matras
- Opdekmatras
- Reanimatieplank
- Self Open Set

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 26-03-2026



Dewi

| Checklist                                                                                                                                                                                       | Ja | Nee |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Er ligt een comfortmatras (dikte:12cm) in het matrascompartiment<br>NB Plaats nooit een matras (afgezien van een opdekmatras) in de patiëntruimte, dit kan een risico volle situatie opleveren. | X  |     |
| Er ligt een opdekmatras (dikte 3/5cm) in de patiëntruimte.                                                                                                                                      | X  |     |
| Alle ritsen en snelsluitingen zijn zonder zichtbare beschadigingen, in goede staat en helemaal gesloten.<br><br>NB Let extra goed op de grote ritsen achter de stroken met klittenband          | X  |     |
| De tent is in goede staat zonder zichtbare beschadigingen aan het tentdoek en het gaas.                                                                                                         | X  |     |
| Het onderstel van het bed is zonder zichtbare beschadigingen en in goede staat.                                                                                                                 | X  |     |
| Het juist functioneren van alle elektrische verstellingen is ter plaatse gecontroleerd.                                                                                                         | X  |     |
| Ik ben ervan op de hoogte dat er een gebruiksaanwijzing <b>(NL)</b> en beknopte nalooplijst bij het bed zijn gevoegd en ik weet dat deze door moet nemen voor het bed in gebruik genomen wordt. | X  |     |
| Het onderstel en de tent zijn door de klant in ontvangst genomen?                                                                                                                               | X  |     |
| Het bed is op de gewenste plek of afdeling binnen de instelling of ziekenhuis geplaatst                                                                                                         | X  |     |