

## Afleverbon (92833)

### Afleveradres :

Erasmus MC  
Doctor Molewaterplein 40  
3015 GD ROTTERDAM  
Nederland

### Afleveradres:

Human Protection BV  
Schijfstraat 13  
5061 KA Oisterwijk

### Extra info:

Afdeling: Beddencentrale

Referentie: 11480801

Patiëntnaam: 2678187

PPU wissel uitvoeren in beddencentrale! Als je bij het ziekenhuis bent graag aanbellen bij de poort en vragen naar de meldkamer beveiliging. Openingstijden beddencentrale: werkdagen: 07.30 tot 19.30u Weekend: 10.00u tot 14.30u.

### Artikelen

FeelSafe Pro tent (BT015-00505)

### Accessoires

Ondergetekende bevestigt de vragenlijst geheel te hebben beantwoord, en de aanwezigheid van de schadevrije producten. Op de levering van onze producten is ons algemene huurconvenant van kracht.

Datum: 30-03-2026



Ido

| Checklist  | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| <b>Onderstel: barcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is   | X  |     |
| <b>Onderstel: algemeen</b> Controleren op beschadigingen en controleren dat er geen (keurings) stickers van derden aangebracht zijn op het onderstel         | X  |     |
| <b>Onderstel: wielen</b> Controleren op functionaliteit en aanwezigheid schroefjes   | X  |     |
| <b>Onderstel: remmen</b> Controleren op functionaliteit  | X  |     |
| <b>Onderstel: bedverstelling</b> Controle functioneren hoofd- en voeten-eindverstelling en hoog/laag verstelling   | X  |     |
| <b>Onderstel: Borgpen motor</b> Controle of borgpen hoog/laag motor goed vast zit. (beide borgringen zijn aanwezig en zitten evenwijdig op de pen bevestigd) | X  |     |
| <b>Onderstel: kabel HL motor</b> Controleren dat de kabel van de hoog/laag motor minimaal 5 cm van de grond hangt  | X  |     |
| <b>Onderstel: bekabeling</b> Controleren dat de bekabeling geen beschadigingen bevat   | X  |     |
| <b>Onderstel: CPR-functie</b> Controleren of deze naar behoren werkt (hoofdeinde gaat omlaag bij inknijpen hendel)   | X  |     |
| <b>Onderstel: netsnoer</b> Controleren of het netsnoer is voorzien van trekontlasting en of het is vastgemaakt aan het klittenband aan de tent               | X  |     |
| <b>Onderstel: handbediening</b> Controleren of de handbediening netjes is opgehangen aan de daarvoor bestemde ring   | X  |     |
| <b>Opbouwframe: schroeven</b> Controleren of alle 12 schroeven goed vast gedraaid zijn   | X  |     |
| <b>Opbouwframe: stootrubbers</b> Controleren of deze aanwezig zijn (4x) en goed vast zitten  | X  |     |

| Checklist  | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| <b>Schuim</b> Controleren of alle schuimrollen luchtdicht geseald en zonder gaten/beschadigingen zijn  | X  |     |
| <b>Sleutel van de handbediening</b> Controleren op aanwezigheid en of deze middels een tyrip aan de handbediening hangt  | X  |     |
| <b>Tent: barcode</b> Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is  | X  |     |
| <b>Tent: Doek (nylon)</b> Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes.  | X  |     |
| <b>Tent: gaas</b> Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen   | X  |     |
| <b>Tent: ritsen en runners</b> Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen sluiten, ook achter klittenband  | X  |     |
| <b>Tent: kliksluitingen</b> Controleren op aanwezigheid (8x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten  | X  |     |
| <b>Opdekmatras (zwart)</b> Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes  | X  |     |
| <b>Comfortmatras (blauw)</b> Controleren op vlekken en vieze geurtjes  | X  |     |
| <b>Controle plaatsing tent op onderstel</b> Controleren of de tent op de juiste wijze op het onderstel is geplaatst: hoofdeind tent aan hoofdeind onderstel. Zie label op tent en sticker op onderstel | X  |     |
| <b>Gebruiks-aanwijzingen</b> Controleren of deze aanwezig zijn:<br>- Gebruikershandleiding<br>- Beknopte nalooplijst<br>- Bij Elbur, ontgrendelingsleutel  | X  |     |